



## Liste du matériel aérosol validé par le réseau EMERAA

Rédigé par le groupe de travail Aérosols du réseau EMERAA

Version n° 3 – 1 page

Date : 29/05/2018

### INDICATIONS

Le matériel fourni au patient par le prestataire de service doit respecter la **prescription médicale**, en particulier en ce qui concerne le choix d'un matériel réutilisable, jetable ou à tamis vibrant.

Les compresseurs ne sont pas obligatoirement fournis neufs.

Les nébuliseurs sont fournis neufs, dans leur emballage d'origine.

#### 1- Prescription d'un matériel à tamis vibrant

Matériel à fournir	Nombre de nébuliseurs à fournir
<ul style="list-style-type: none"><li>- eFlow rapid® (générateur et nébuliseurs)</li><li>- eFlow rapid® et nébuliseur Altéra® pour le traitement Cayston®</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- deux lors de la première installation puis un tous les 6 mois</li><li>- Nébuliseur Altéra® fourni avec le médicament</li></ul>

#### 2- Prescription d'un appareil pneumatique avec nébuliseur réutilisable

Matériel à fournir	Nombre de nébuliseurs à fournir
<ul style="list-style-type: none"><li>- couple Pari Boy® / Pari LC+®</li><li>- couple Pari Boy® / Pari LC Sprint®</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 nébuliseur pour 6 mois</li><li>- 1 nébuliseur pour 6 semaines</li></ul>

#### 3- Prescription d'un appareil pneumatique avec kit jetable

Matériel à fournir	Nombre de nébuliseurs à fournir
<ul style="list-style-type: none"><li>- générateur d'aérosol Atomisor® ABOX+ ou AERODJINN</li><li>- Pour <b>TOUS</b> les médicaments prescrits par voie aérosol <b>sauf</b> la colistiméthate sodique :<ul style="list-style-type: none"><li>- nébuliseur NL9Mu (nébuliseur + embout buccal)</li><li>- nébuliseur NL9MuP (nébuliseur + embout pédiatrique à rotule)</li></ul></li><li>- Pour la colistiméthate sodique (Colymycine® et Tadim®) et <b>TOUS</b> les médicaments prescrits :<ul style="list-style-type: none"><li>- nébuliseur NL9MuCo (nébuliseur + embout buccal)</li><li>- nébuliseur NL9MuCoP (nébuliseur + embout pédiatrique)</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- un par jour</li></ul>